

Stargard, dnia 17.07.2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Znak sprawy: ZP/1/PN/2017

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 21:

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

7) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w pracowni w wyniku demontażu i montażu aparatu RTG, jak również do uzyskania właściwych wymagań dla pomieszczenia własnym staraniem i na własny koszt (naprawa posadzki, wykładzin, malowanie, itp.).

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód, które powstaną w pracowni RTG Zamawiającego w wyniku demontażu i montażu aparatu RTG, jak również do uzyskania właściwych wymagań dla pomieszczenia, własnym staraniem i na własny koszt (naprawa posadzki, wykładzin, malowanie ścian, itp.), bez prawa do żądania z tego tytułu zwrotu jakichkolwiek kosztów od Zamawiającego.

Carestream

Odpowiedź 21: Zamawiający w zakresie aparatu RTG wykona w pomieszczeniu wszelkie prace niezbędne do instalacji aparatu RTG (instalacja elektryczna, kanały kablowe itp.)

na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez Wykonawcę i pod jego nadzorem oraz dokona uzupełnienia posadzki i wykładzin podłogowych.

Pytanie 22:

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 9.

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ SERWIS

§ 7

9. W przypadku czasu naprawy przekraczającej trzy dni robocze lub wymiany sprzętu medycznego na nowy, Wykonawca winien nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy i uznania jej przez Zamawiającego za skuteczną. Sprzęt medyczny zastępczy winien zostać dostarczony do obiektu Zamawiającego w terminie do 6-ciu (sześciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii lub bezzwłocznie, po stwierdzeniu konieczności wymiany sprzętu medycznego na nowy.

Odpowiedź 22: Zamawiający odstępuje od zapisu § 7 ust. 9 wzoru umowy dotyczącego sprzętu zastępczego w zakresie dostawy aparatu RTG.

W zakresie dostawy aparatu USG zapis § 7 ust. 9 pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

Jadwiga Szklarska